

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1)

a NAH-1-1718/2013 nyilvántartási számú⁽¹⁾ akkreditált státuszhoz

A WM Laboratory Kft. (1158 Budapest, Késmárk u. 9.) akkreditált területe

II. Az akkreditált területhez tartozó helyszíni vizsgálatok:

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Tisztasági osztályba sorolt (ISO 2...ISO 9) helyiségek és munkateretek	Részecskeszám eloszlás vizsgálat részecskeszámláló műszerrel 0,3...25,0 µm tartományban	MSZ EN ISO 14644-1:2001 2. szakasz MSZ EN ISO 14644-3:2006 B.1 szakasz
Szabályozott hőmérsékletű terek	Hőmérséklet eloszlás vizsgálat több csatornás adatgyűjtő műszerrel -80°C...+1200 °C tartományban.	TDVE-2012-01
Szabályozott páratartalmú terek	Páratartalom eloszlás vizsgálat adatgyűjtő műszerekkel 10...+95 %RH tartományban.	HDVE-2012-01

¹A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2017. március 30-i határozata alapján nyilvántartási szám átvezetése.

-VÉGE -